

BYT-02 避孕套针孔漏水检查台

BYT-02 避孕套针孔漏水检查台适用于橡胶套、避孕套针孔漏水试验，符合 GB/T 7544-2009 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法。



产品特征

- 十工位测试空间，可同时进行多组试样测试
- 旋转式试验台，方便观察检测不同试样结果
- 漏斗式填充口，用户操作更便捷
- 防渗漏定制夹紧装置，避免损坏试样，保证试验准确性

测试原理

用 300Lm 体积的水充入避孕套，目视检查悬挂避孕套外表面的漏水情况，再确认没有任何渗漏时，将避孕套在有色吸水纸上滚动，检查避孕套的渗漏迹象，济南赛成仪器生产的“BYT-02 针孔漏水试验台”采用 10 工位设计，每个测试工位均有数字标示，可满足多组测试，单轴旋转台面方便客户旋转查看和装夹试样。

测试标准

该仪器符合多项国家及国际标准：GB/T 7544、ISO 23409、ISO 4074、ASTM D6324。

技术指标

指标	参数
测试数量	10 工位
外形尺寸	520mm (Φ) × 500mm (H)
主机净重	20 kg

产品配置

标准配置：主机

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

